

ESTADO DE SÃO PAULO - CNPJ Nº 65.712.580/0001-95

#### RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 22/2020

### PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2020 PROCESSO Nº 31/2020

O MUNICÍPIO DE MARAPOAMA/SP, pessoa jurídica de direito público interno, localizado na Rua XV de Novembro, nº 141 - Centro, inscrito no CNPJ nº 65.712.580/0001-95, representado pelo Sr. MÁRCIO PERPÉTUO AUGUSTO, Prefeito Municipal, **TORNA PÚBLICO** para conhecimento de quantos possa interessar, que fica alterado o item 5 do quadro referente ao item 3 do Anexo I (Termo de Referência) e com conseqüência o anexo II (Modelo de Proposta de Preços) do referido Edital, bem como fica designado nova data de abertura da licitação, conforme segue abaixo:

#### "1 - PREÂMBULO

1.1 - Visando a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAIS PERMANENTES PARA O CENTRO DE SAÚDE DE MARAPOAMA, MÁRCIO PERPÉTUO AUGUSTO, PREFEITO MUNICIPAL DE MARAPOAMA, Estado de São Paulo; Faz saber pelo presente EDITAL, que se encontra aberta a Licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2020 - PROCESSO Nº 31/2020, nos termos da Lei Federal nº 13.979, de 6 de Fevereiro de 2020, com aplicação subsidiária da Lei nº 10.520 de 17.07.2002, Decreto Municipal nº. 006 de 02 de Janeiro de 2017 e da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, e que, às 09:00 HORAS DO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2020, (de acordo com o Art. 4º-G da Lei Federal nº 13.979/2020), na Sede da Prefeitura Municipal de Marapoama, sito a Rua XV de novembro, Nº 141, Centro, estará recebendo as propostas e documentação para a licitação em apreço.

#### **ANEXO I**

#### TERMO DE REFERÊNCIA

1)
2)
B) <u>DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO:</u>

ITEM	DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	QUANT.	VALOR UNIT. ORÇADO R\$	VALOR TOTAL ORÇADO R\$
1	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	•••••	•••••	•••••



### ESTADO DE SÃO PAULO - CNPJ Nº 65.712.580/0001-95

2			······	
3		•••••	•••••	•••••
4		•••••	•••••	••••••
5	VENTILADOR PULMONAR PRESSOMETRICO VOLUMETRICO - Ventilador Mecânico Pulmonar de suporte a vida para adulto e pediátrico acima de 3,5 kg com até 4 predefinições personalizáveis e bateria integrada com sua sofisticada tela de toque colorida de 7". O ventilador pode ser utilizado para a ventilação mecânica de pacientes dependentes ou não de ventilador. Tipologia de circuitos para pacientes dependentes do ventilador: Circuito duplo tubo Circuito mono tubo com válvula e sensor de fluxo proximal Circuito com fuga Tipologia de circuitos para pacientes não dependentes do ventilador: Circuito duplo tubo Circuito duplo tubo Circuito mono tubo com válvula Circuito mono tubo com válvula Circuito mono tubo com válvula e sensor de fluxo proximal Circuito com fuga Fornecer ventilações por pressão e volume para pacientes adultos e pediátricos como prescrito por um médico especialista. Voltagem: 220 V Possuir suporte para maca e suporte para parede; Acompanhar: circuito respiratório completo adulto e infantil, extensão de oxigênio, válvula unidirecional, suporte para fixação em maca, ambulância e unidades móveis de resgate, inclusive aéreo. Garantia de no mínimo 12 meses.	1	77.075,00	77.075,00



ESTADO DE SÃO PAULO - CNPJ Nº 65.712.580/0001-95

OBS.: TODOS OS EQUIPAMENTOS/MATERIAIS ACIMA TERÃO QUE SER DE 1ª QUALIDADE VISANDO ASSEGURAR A SUA QUALIDADE E SEGURANÇA DOS USUÁRIOS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

4)	••••		
5)	•••		
6)	•••		
7)	••••		
	ANEX	KO II	
<b>(</b> N	MODELO DE PROP	OSTA DE PREÇOS)	
A			
PREFEITURA MUNIO	CIPAL DE MARAPO	OAMA	
Pregão Presencial nº _	/2020		
Processo nº/2020			
RAZÃO SOCIAL DA E	MPRESA:		
CNPJ:			
Endereço completo:			
CEP:			
Telefones e/ou fax:			
E-mail Institucional:			
Dados do responsável p	oara assinatura de Co	ontrato:	
Nome:			
RG:	CPF:	Cargo:	
Data de Nascimento:	/		
Endereço completo:			
E-mail Pessoal:			
Dados Bancários			
Banco:	Agência:	Conta:	

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAIS PERMANENTES



ESTADO DE SÃO PAULO - CNPJ Nº 65.712.580/0001-95

### PARA O CENTRO DE SAÚDE DE MARAPOAMA.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	QUANT.	VALOR	VALOR
			UNIT. R\$	TOTAL R\$
	BOMBA DE INFUSÃO - Bomba de			
	Infusão volumétrica microprocessada,			
	para uso em paciente adulto ou			
	pediátrico, painel com no 8 teclas			
	funcionais, mecanismo peristáltico linear,			
	opção de idioma português ou Inglês,			
	software interativo com sistema de			
	programação seqüencial e protocolos de			
	confirmação para ajustes e questões			
	críticas. Possui ícones visuais para			
	indicação do status da infusão,			
	indicadores luminosos para identificação			
	dos sistemas funcionais e sistemas de			
	alarmes, teclas de atalhos para funções			
	mais frequentes, painel com todas as			
	informações da infusão continuamente na			
	tela, mensagens de orientação ao usuário			
	durante a programação, funcionamento			
	em situações de alarme, interface de			
	comunicação em USB ou Infravermelho.			
	Parâmetros numéricos de programação,			
1	seleção e desempenho: Programação do	1		
	volume de 1a 9.999 ml (adulto, com			
	incrementos de 1,0 ml); Programação do			
	volume de 0,1a 999,9 ml (Ped, com			
	incrementos de 0,1 ml); Programação de			
	fluxo de 1 a 999ml/h (adulto com			
	incrementos de 1ml/h); Programação de			
	fluxo de 0,1 a 99,9ml/h (Ped com			
	incrementos de 0,1ml/h); Biblioteca de			
	drogas com 23 rótulos e Peso: 2,8 kg.			
	Dimensões: 182 x 151 x 184 mm.			
	Alimentação elétrica :115 a 230V ~.			
	Frequência de operação: 50/60 hz.			
	Consumo Max :60 VA. Funcionamento			
	em bateria por um período mínimo de 3			
	horas em fluxo de 125ml/h. KVO			
	programável de0,1 a 5,0 mL. Bolus			
	com volume programável de até 60 mL p/			
	Adulto e de 30 mL p/ Pediatria.			
	Velocidade de bolus / purgar equipo =			
ı	999 ml/h adulto e 99,9 ml/h pediátrico.			
ı	Limite de tempo de programação			



ESTADO DE SÃO PAULO - CNPJ Nº 65.712.580/0001-95

	T		T	<u> </u>
	:mínimo 00h00min01s e máximo de			
	99h59min59s. Limites de pressão de			
	infusão: 15 PSI (776 mmhg).			
	Sensibilidade sensor de ar: de 0,05 ml.			
	Precisão: 95%. (erro máximo 5%).			
	,			
	Seleção de medicamento com 23 opções			
	de etiquetas; Seleção de rotina para			
	"transporte"; Seleção de rotina para			
	"enteral" através do menu de			
	medicamentos; Seleção de pausa de			
	infusão com e sem KVO;			
	Zerar volume infundido parcial e total			
	acumulado; Travar teclado; Identificação			
	de equipo instalado em aparelhos com			
	corta fluxo eletrônico; Memória dos			
	dados da ultima infusão em memória			
	flash (tempo indefinido); Monitoramento			
	do nível de carga da bateria; Mudança			
	rápida do fluxo sem parar o aparelho (			
	tritation); Repetição da programação;			
	Armazenagem dos últimos 2000 registros			
	de eventos; Ajuste de luminosidade e			
	contraste no painel principal.			
	ALARMES: Completo sistema de			
	=			
	alarmes e pré alarmes visuais e sonoro			
	para: Ar na linha; Finalizando a infusão;			
	Fim de infusão; Oclusão superior;			
	Oclusão inferior;			
	Porta aberta; Excesso de gotas; Conexão			
	ou desconexão da rede elétrica; Excesso			
	de gotas; KVO e Nível baixo de carga da			
	Bateria. Acessórios do equipamento:			
	Cabo de energia escamoteável e Sensor			
	de gotas.			
	Garantia de no mínimo 12 meses.			
	CONCENTRADOR DE O2 - Tipo de			
	Concentrador Estacionário			
	• - Voltagem: 120 V e também de 220 V			
	• - Consumo de Energia: 295 Watts			
	• - Vazão de oxigênio: 0,5 a 5			
	litros/minuto	1		
2	• - Pressão de saída: 5,5 psi	1		
	• - Concentração de oxigênio: 93% ± 3%			
	• - Altitude em operação: 0 a 7.500 pés (0			
	a 2.286 m)			
	• - Nível de Ruído: 45 dBA			
	• - Pureza de O2 (5l/min): 93% (± 3%)			



ESTADO DE SÃO PAULO - CNPJ Nº 65.712.580/0001-95

I		• - Peso do Produto de até 15 kg		
		- Garantia 24 meses (mínimo)		
ľ		RACK DE SERVIDOR - Especificação		
		mínima: que esteja em linha de produção		
		pelo fabricante; Seja do tipo padrão 19		
		polegadas x 44U; Estrutura em aço;		
		Gabinete fechado de piso com os pés		
		reguláveis; com fechamento laterais		
		removíveis, com fechadura, possuir		
	3	ventilador; Deverá acompanhar 20	1	
	J	conjuntos de parafuso e porcas gaiolas,	1	
		duas réguas de alimentação com no		
		mínimo 6 tomadas; garantia mínima de		
		12 meses. Altura externa:2070mm,		
		Largura externa: 600mm, Profundidade:		
		1070mm, Suporte para até 400kg no pé		
		nivelador.		
ŀ		SERVIDOR - Processador 2,90ghz		
		cachê 9mb lga1151, Mother Board		
		Memória 2 x DIMM, máximo de 32GB,		
		DDR4 2666/2400/2133 MHz, Memória 8		
		GB DDR4/2400 HX424C15FB3/8GB,		
		SSD 480GB 6GB/SU630 ASU630SS-		
	4	480GQ-R, Gabinete Basic 2B K-MEX	1	
		GX-02CA c/ fonte c/ cabo, Gravador		
		DVD-RW DRW-24F1MT/BLKL/B/AS,		
		Monitor Led 18.5P HP V19 VGA,		
		Mouse/teclado/caixa de som.		
		Garantia de no mínimo 12 meses.		
ŀ		VENTILADOR PULMONAR		
		PRESSOMETRICO VOLUMETRICO		
		- Ventilador Mecânico Pulmonar de		
		suporte a vida para adulto e pediátrico		
		acima de 3,5 kg com até 4 predefinições		
		personalizáveis e bateria integrada com		
		sua sofisticada tela de toque colorida de		
		7". O ventilador pode ser utilizado para a		
	5	ventilação mecânica de pacientes	1	
	5	dependentes ou não de ventilador.	1	
		Tipologia de circuitos para pacientes		
		dependentes do ventilador:		
		Circuito duplo tubo		
		Circuito mono tubo com válvula e sensor		
		de fluxo proximal		
		Circuito com fuga		
		Tipologia de circuitos para pacientes não		
L		Tipologia de effectios para pacientes não		l



#### ESTADO DE SÃO PAULO - CNPJ Nº 65.712.580/0001-95

dependentes do ventilador:		
Circuito duplo tubo		
Circuito mono tubo com válvula		
Circuito mono tubo com válvula e sensor		
de fluxo proximal		
Circuito com fuga		
Fornecer ventilações por pressão e		
volume para pacientes adultos e		
pediátricos como prescrito por um		
médico especialista.		
Voltagem: 220 V		
Possuir suporte para maca e suporte para		
parede; Acompanhar: circuito respiratório		
completo adulto e infantil, extensão de		
oxigênio, válvula unidirecional, suporte		
para fixação em maca, ambulância e		
unidades móveis de resgate, inclusive		
aéreo.		
Garantia de no mínimo 12 meses.		

OBS.: TODOS OS EQUIPAMENTOS/MATERIAIS ACIMA TERÃO QUE SER DE 1ª QUALIDADE VISANDO ASSEGURAR A SUA QUALIDADE E SEGURANÇA DOS USUÁRIOS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

VALOR GLOBAL: R\$	,	)

VALIDADE DA PROPOSTA: (Mínimo de 60 (dias) a partir da abertura da mesma.)

**FORMA DE PAGAMENTO:** O pagamento dar-se-á em até 30 (trinta) dias após a emissão da nota fiscal/fatura.

PRAZO DE ENTREGA: 30 (trinta) dias.

Declaramos expressamente que:

- 1 o objeto ofertado obedece a todas as condições estabelecidas no EDITAL do Pregão nº 17/2020, responsabilizando-se a licitante, pela veracidade desta informação;
- 2 aceitamos todas as disposições contidas no Edital do referido Pregão e seus Anexos;
- 3 os preços contidos na proposta comercial incluem todos os custos e despesas diretas e indiretas, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais trabalhistas, seguros, fretes, embalagens, lucros, transportes e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos.



#### ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ Nº 65.712.580/0001-95

	xxxxxxxxxx,	de	de 2020
Assinatura e identificaçã	ão do proponente ou de	e seu representan	te legal "

Para conhecimento público, expede-se a presente retificação, que é publicada em súmula no DOU, DOE, no Jornal de Circulação Local/Regional, no site do Município (www.marapoama.sp.gov.br) e afixado na íntegra no local de costume do Paço Municipal.

Marapoama, 17 de Setembro de 2020.

(ASSINADO NO ORIGINAL)

MÁRCIO PERPÉTUO AUGUSTO Prefeito Municipal